

BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC

Số: 252 /VĐ-VTTBYT
V/v Yêu cầu báo giá trang thiết bị y tế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang có nhu cầu mua sắm vật tư trang thiết bị y tế. Để có cơ sở tham khảo giá các vật tư trang thiết bị y tế trên thị trường, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức kính mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp chào giá vật tư trang thiết bị y tế.

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức; số 40 - Tràng Thi - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

KS. Phan Phương Khanh, Phòng Vật tư thiết bị y tế - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (SĐT: 0936 925 945).

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư - Thiết bị y tế, Phòng 107 nhà A2 khu Hành chính - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức; số 40 - Tràng Thi - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

- Nhận qua email: phongvattu.bvhnvd@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h00' ngày 22 tháng 01 năm 2024 đến trước 14h00' ngày 25 tháng 01 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế:

STT	Tên vật tư	ĐVT	Yêu cầu kỹ thuật	Số lượng
1	Găng mổ tiết trùng	Đôi	Sản xuất từ cao su thiên nhiên, có phủ bột chống dính. Tiết trùng bằng khí EO. Cung cấp được tối thiểu các cỡ 6.5 - 7.0 - 7.5. Dày tối thiểu 0.15mm, chiều dài tối thiểu 280mm.	15,000
2	Bơm tiêm liên kim 1ml	Cái	Bơm tiêm liên kim 1ml. Phần xilanh trong suốt, có vạch chia. Kim vát 3 cạnh có nắp đậy. Cung cấp tối thiểu các cỡ kim 23G, 25G. Sản phẩm được làm từ chất liệu an toàn, không chứa DEHP hoặc thành phần khác gây ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh. Cung cấp được cả loại đầu xoắn và đầu trượt. Đóng gói tiết trùng đơn chiếc.	72,000

STT	Tên vật tư	ĐVT	Yêu cầu kỹ thuật	Số lượng
3	Ống hút cứng	Cái	Chất liệu bằng nhựa y tế trong suốt. Chiều dài từ đầu ống tới cuối ống tối thiểu 25cm, đường kính 7mm ($\pm 5\%$). Độ cong $34^\circ \pm 5^\circ$. Đầu hút có lỗ. Đóng gói tiệt trùng đơn chiếc.	3,050
4	Dây dẫn lưu hút nhựa	Cái	Dây làm bằng nhựa an toàn cho y tế, trong suốt. Chiều dài tối thiểu 150cm. Đường kích trong của dây khoảng 8mm ($\pm 5\%$). Có đầu đủ cổng kết nối với chai chứa dịch và thiết bị đang sử dụng tại bệnh viện.	4,900
5	Kim lấy thuốc	Cái	Kim dùng được để lấy thuốc và lấy máu. Độ dài kim từ 35mm - 40mm, mũi kim vát. Cung cấp được tối thiểu các số kim 18G, 20G. Đóng gói tiệt trùng đơn chiếc. Làm từ chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương, an toàn trong y tế.	188,000
6	Sonde hút nội khí quản trở lực thấp	Cái	Chất liệu nhựa y tế PVC hoặc tương đương. Có thiết kế phòng nghẽn sonde. Bề mặt sonde được mài nhẵn, có khả năng chịu áp lực cao lên đến 100mmHg. Cung cấp được tối thiểu các kích thước 5Fr, 6Fr, 8Fr, 10Fr, 12Fr, 14Fr, 16Fr với chiều dài khoảng 50 cm ($\pm \leq 5\text{cm}$)	5,300
7	Sonde hút đờm nhớt	Cái	Sonde hút đờm, nhớt. Sản phẩm làm bằng chất liệu PVC hoặc tương đương (là vật liệu nhựa dẻo, trong suốt). Cung cấp được tối thiểu các kích thước: 5Fr, 6Fr, 8Fr, 10Fr, 12Fr, 14Fr, 16Fr. Đóng gói tiệt trùng đơn chiếc.	3,000
8	Sonde dạ dày một nòng	Cái	Chất liệu PVC an toàn dùng được trong y tế, có đường cân quang chạy dọc thân ống. Có vạch đánh dấu trên thân ống. Cung cấp được tối thiểu các kích thước: - Dùng cho trẻ em: 5Fr, 6Fr, 8Fr, 10Fr với chiều dài tối thiểu là 50cm, có 2 mắt phụ. - Dùng cho người lớn: 12Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr với chiều dài tối thiểu 125cm, có 4 mắt phụ.	3,000
9	Ống đặt nội khí quản thường	Cái	Ống chất liệu PVC hoặc chất liệu khác tương đương (là vật liệu nhựa dẻo, trong suốt). Có tối thiểu các cỡ sau: - Loại có bóng: số 3, 4, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8. Bóng có độ dày 0,05mm ($\pm 5\%$) - Loại không bóng: số 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6.5. Đóng gói tiệt trùng đơn chiếc.	950
10	Đoạn nối dẫn lưu nhon	Cái	Đoạn nối dẫn lưu nhon. Chất liệu nhựa cứng dùng được trong y tế, không bị biến dạng sau khi tiệt trùng bằng các phương pháp tiệt trùng tại bệnh viện.	12,000
11	Túi nilon 30x40cm	Cái	Chất liệu nhựa PE, có nắp vuốt. Kích thước $\geq 300 \times 400\text{mm}$.	340

STT	Tên vật tư	ĐVT	Yêu cầu kỹ thuật	Số lượng
12	Clip titan dùng kẹp mạch máu cỡ S	Cái	Hình chữ V, chất liệu Titanium hoặc chất liệu khác tương đương. Có thiết kế không bị trượt mạch máu. Kẹp được mạch máu cỡ 0.3mm - 1.5mm.	1,800
13	Dây truyền dịch	Cái	Dây dài tối thiểu 180cm. Được làm từ nhựa PVC hoặc tương đương. Có cổng tiêm thuốc chữ Y; Luer lock; Van thông khí bằng nhựa có màng lọc khuẩn từ $\leq 0.2\mu\text{m}$ trở lên, vô khuẩn. Bầu đếm giọt dung tích $\geq 8\text{ml}$, có màng lọc dịch $\leq 15\mu\text{m}$ trở lên. Cung cấp được tối thiểu các cỡ kim 21G x $1\frac{1}{2}$, 22G x $1\frac{1}{2}$ ", 23G x $1\frac{1}{2}$ ", 22Gx3/4.	14,200
14	Ống nghiệm Heparine	Ống	Thân ống làm bằng nhựa PP hoặc tương đương, kích thước 13mmx75mm ($\pm 5\%$), có nhãn ghi thông tin bệnh nhân. Có vạch định mức lấy bệnh phẩm. Nắp ống chặt, làm bằng nhựa PE hoặc tương đương. Bên trong có chất kháng đông Heparin Lithium hoặc tương đương. Chịu được lực quay ly tâm gia tốc lên đến ≥ 3.000 vòng/phút trong thời gian ≥ 5 phút.	74,000
15	Ống EDTA	Ống	Thân ống làm bằng nhựa PP hoặc tương đương, kích thước 13x75mm ($\pm 5\%$), có nhãn ghi thông tin bệnh nhân. Có vạch định mức lấy bệnh phẩm. Bên trong có chứa chất chống đông Etylene diaminetetra Acid. Chịu được lực quay ly tâm gia tốc lên đến ≥ 3.000 vòng/phút trong thời gian ≥ 5 phút. Nắp ống chặt, làm bằng nhựa PE hoặc tương đương.	86,000
16	Ống nghiệm chân không EDTA K3 2ml	Ống	Ống chân không. Thân ống làm bằng PET hoặc tương đương, kích thước 13mmx75mm ($\pm 5\%$), có nhãn ghi thông tin bệnh nhân. Có vạch định mức lấy bệnh phẩm. Bên trong có chứa chất chống đông Etylene Diaminetetra Acid K3 3.6mg ($\pm 5\%$). Chịu được lực quay ly tâm gia tốc lên đến ≥ 3.000 vòng/phút trong thời gian ≥ 5 phút. Nắp ống chặt, làm bằng nhựa PE hoặc tương đương, có nút cao su. Dung tích lấy mẫu chân không 2ml ($\pm 5\%$).	40,500
17	Nén đúc bệnh phẩm	Kg	Loại nền dạng hạt, dạng viên sấp hoặc dạng bào, màu trắng trong tinh khiết, nền có thể chảy qua bộ lọc có kích thước 10 microns ($\pm 5\%$) và không chứa chất độc hại; độ nóng chảy 55 độ C ($\pm 5\%$)	189
18	Lưỡi cắt tiêu bản	Cái	Chất liệu bằng thép không gỉ hoặc tương đương, kích thước 80 x 8 x 0.25mm ($\pm 5\%$), góc nghiêng 35 độ ($\pm 5\%$). Tương thích với máy cắt vi thể đang sử dụng tại Bệnh viện (Model: HM 325/ hãng Thermo Shandon/ xuất xứ UK).	1,000
19	Cassette nhựa đúc bệnh phẩm	Cái	Nắp tháo rời được. Bờ thành không có bavaria. Khe thoáng đảm bảo lưu thông hóa chất và không lọt bệnh phẩm. Vùng	25,500

STT	Tên vật tư	ĐVT	Yêu cầu kỹ thuật	Số lượng
			ghi mã bệnh phẩm viết lên được bằng bút chì, không bị mờ khi đi qua dung dịch (nước, axit , cồn). Tương thích với máy cắt vi thể đang sử dụng tại Bệnh viện (Model: HM 325/ hãng Thermo Shandon/ xuất xứ UK)	
20	Mũi khoan sọ tự dùng sử dụng 1 lần	Cái	Đường kính trong tối thiểu từ $\leq 6\text{mm}$ đến tối đa $\geq 11\text{ mm}$, đường kính ngoài tối thiểu từ $\leq 9\text{mm}$ đến tối đa $\geq 14\text{ mm}$. Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương, đã tiệt trùng.	14
21	Mũi khoan cắt sọ	Cái	Chiều dài 80mm ($\pm\leq 5\%$), đường kính 2.3mm. Tương thích với máy khoan của hãng Medtronic đang sử dụng tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.	17
22	Mũi khoan tạo hình	Cái	Chiều dài 80mm($\pm\leq 5\%$), đường kính 1.1mm. Tương thích với máy khoan của hãng Medtronic đang sử dụng tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.	17
23	Mũi khoan mài thường	Cái	Chiều dài tối thiểu từ $\leq 90\text{mm}$ đến tối đa $\geq 140\text{mm}$. Đường kính tối thiểu từ $\leq 2\text{mm}$ đến tối đa $\geq 7.5\text{mm}$. Tương thích với máy khoan của hãng Medtronic đang sử dụng tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.	17
24	Mũi khoan mài kim cương	Cái	Chiều dài tối thiểu từ $\leq 90\text{mm}$ đến tối đa $\geq 140\text{mm}$. Đường kính tối thiểu từ $\leq 2\text{mm}$ đến tối đa $\geq 4\text{mm}$. Tương thích với máy khoan Medtronic đang sử dụng tại Bệnh viện Việt Đức.	16
25	Đầu dome phục vụ đo huyết áp xâm lấn	Cái	Dải áp suất hoạt động từ ≤ -50 đến $\geq 300\text{ mmHg}$; Độ nhạy: $\leq 5.1\text{ uV/V/mmHg}$; Chịu quá áp từ ≤ -400 đến $\geq 6000\text{mmHg}$. Thành phần gồm có: 01 đầu dome gắn sẵn cảm biến, đầy đủ dây nối cảm biến với bệnh nhân dài tối thiểu 150 cm và dây nối cảm biến với dịch truyền, tháo rời được. Có khóa 3 cổng và có nắp đậy. Cung cấp được tối thiểu 08 chuẩn kết nối dây cáp của đầu dome với cáp đo IBP như Edwards, Hospira, Utah, BD, Argon, Philips, PVB và USB. Cam kết cung cấp miễn phí cáp đo IBP và gá treo đầu dome cho các máy theo dõi bệnh nhân hãng: Philips, Spacelabs, Nihon Kohden, GE, Drager, Heyer, Mindray.	180
26	Đầu dome phục vụ đo huyết áp xâm lấn (kèm dây đo áp lực tĩnh mạch)	Cái	Đầu dome phục vụ đo huyết áp xâm lấn có sẵn cảm biến, kèm dây tĩnh mạch. Dải áp suất hoạt động: từ ≤ -30 đến $\geq 300\text{ mmHg}$; Độ nhạy $\leq 5.1\text{ uV/V/mmHg}$; Bảo vệ quá áp 6000 mmHg hoặc lớn hơn. Thành phần: 01 dome gắn sẵn cảm biến, đầy đủ dây nối cảm biến với bệnh nhân có dây đo áp lực động mạch dài tối thiểu 160 cm và dây nối cảm biến với dịch truyền, tháo rời được, có khóa 3 cổng và có nắp đậy, đoạn dây đo áp	140

STT	Tên vật tư	ĐVT	Yêu cầu kỹ thuật	Số lượng
			lực tĩnh mạch dài tối thiểu 150 cm. Cam kết cung cấp miễn phí cáp đo IBP và gá treo đầu dome cho các máy theo dõi bệnh nhân hãng: Philips, Spacelabs, Nihon Kohden, GE, Drager, Heyer, Mindray.	
27	Phin làm ấm và lọc khuẩn	Cái	- Phin lọc đa chức năng: lọc khuẩn, virus, làm ấm, làm ẩm; sử dụng cơ chế lọc tĩnh điện hoặc tương đương. - Loại dùng cho người lớn; - Khả năng lọc khuẩn, lọc virus: $\geq 99,9\%$; - Độ ẩm khí thở sau khi qua phin lọc: ≥ 30 mg H ₂ O/l (tại VT 250ml hoặc VT 500ml) - Trở kháng: $\leq 1,0$ hPa (tại 30L/phút) - Có cổng lấy mẫu. - Khoảng chết (Khối lượng nén) ≤ 55 ml; - Không có latex (Latex free); - Thời gian dùng (sau khi lắp đặt): tối thiểu 10 tiếng; - Cổng kết nối 2 đầu cỡ: 22mm/15mm hoặc tương đương.	1,580
28	Bơm tiêm điện 50ml (đầu thường)	Cái	Bơm tiêm nhựa 50ml, đầu trượt, dùng cho bơm tiêm điện. Tương thích với các loại bơm tiêm điện bệnh viện đang sử dụng. Phần xanh trong suốt, có vạch chia. Sản phẩm được làm từ chất liệu an toàn, không chứa DEHP hoặc thành phần khác gây ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh. Đóng gói tiệt trùng đơn chiếc.	13,800
29	Bơm tiêm liên kim 10ml	Cái	Bơm tiêm liên kim 10ml. Phần xanh trong suốt, có vạch chia. Kim vát 3 cạnh có nắp đậy. Cung cấp tối thiểu các cỡ kim 23G, 25G. Sản phẩm được làm từ chất liệu an toàn, không chứa DEHP hoặc thành phần khác gây ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh. Cung cấp được cả loại đầu xoắn và đầu trượt. Đóng gói tiệt trùng đơn chiếc.	55,300

Ghi chú: Đơn vị cung cấp có thể chào giá và tham dự một hoặc nhiều mặt hàng trong các danh mục trên.

2. Địa điểm giao hàng: Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Số 40 Tràng Thi, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Tối thiểu 01 ngày và tối đa 02 ngày kể từ ngày có yêu cầu giao hàng.

4. Các thông tin khác:

4.1. Yêu cầu Hồ sơ báo giá bao gồm các tài liệu sau:

- Đăng ký kinh doanh; Tài liệu chứng minh đủ điều kiện kinh doanh trang thiết bị y tế căn cứ theo Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 và Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính phủ ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP; Số điện thoại/ Email của đại diện đơn vị báo giá trong trường hợp Bệnh viện cần liên lạc.

- Báo giá (theo mẫu đính kèm).

- Hợp đồng mua bán các thiết bị tương tự (nếu có).
- Catalog, hợp đồng tương tự, cấu hình và tính năng kỹ thuật của thiết bị và các tài liệu khác liên quan (nếu có).

4.2. Các quy định đối với báo giá:

- Báo giá có đầy đủ các nội dung, mẫu biểu theo đúng mẫu đính kèm trong yêu cầu báo giá.
- Báo giá phải được đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá ký và đóng dấu theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (đề b/cáo);
- Lưu VT; VTTBYT



**TL.GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG VT-TBYT**

Hoàng Bảo Anh

TE

Mẫu báo giá
Áp dụng đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế
BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của [ghi rõ tên của Chủ đầu tư trên yêu cầu báo giá], chúng tôi[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ y tế liên quan:

STT	Danh mục thiết bị y tế	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Mã HS	Xuất xứ	Số lượng/ Khối lượng	Đơn vị tính	Đơn giá (VNĐ) (Chưa bao gồm VAT)	Thuế VAT (%)	Đơn giá (VNĐ) (Đã bao gồm VAT)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1	Thiết bị A										
2	Thiết bị B										
n	...										

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu trong vòng:.....ngày, kể từ ngày.....tháng.....năm.....(ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày), đến hết ngày.....tháng.....năm.....(ghi ngày.....tháng.....năm kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 – Yêu cầu báo giá)

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.....tháng.....năm.....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))