

**BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 23.04/VD-VTTBYT
V/v mời chào giá cung cấp dịch vụ bảo
dưỡng máy gây mê kèm thở (Model:
Aespire 7900, Avance, Aespire 7100,
9100c NXT, Carestation 620/ Hãng: GE/
Nước sản xuất: Mỹ)

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2024

Kính gửi: Các nhà sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu cung cấp dịch vụ bảo dưỡng máy gây mê kèm thở (Model: Aespire 7900, Avance, Aespire 7100, 9100c NXT, Carestation 620/ Hãng: GE/ Nước sản xuất: Mỹ) với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, 40 Tràng Thi - Hoàn Kiếm - Hà Nội
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Ks. Lê Văn Luyện, nhân viên Phòng VT-TBYT. Số ĐT: 0984.125.796.

- Cách thức tiếp nhận báo giá hình thức sau đây:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng VT-TBYT số 207 nhà A2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, 40 Tràng Thi - Hoàn Kiếm - Hà Nội;

Nhận qua email: vietduchospitalmuasam@gmail.com.

(Lưu ý: Các đơn vị phải gửi báo giá đồng thời theo hai hình thức trên. Đơn vị cung cấp báo giá qua email phải ghi rõ số hiệu văn bản YCBG trong nội dung email)

- Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ ngày 11 tháng 06 năm 2024 đến trước ngày 21 tháng 06 năm 2024;

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét (chi tiết mẫu báo giá tại phụ lục 2 kèm công văn này).

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 21 tháng 06 năm 2024;

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục dịch vụ sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị):

STT	Danh mục dịch vụ	Số lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ
1	Dịch vụ bảo dưỡng cho máy gây mê kèm thở (Model: Aespire 7900/ Hãng: GE/ Nước sản xuất: Mỹ)	01	Máy	Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
2	Dịch vụ bảo dưỡng cho máy gây mê kèm thở (Model: Avance/ Hãng: GE/ Nước sản xuất: Mỹ)	12	Máy	Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
3	Dịch vụ bảo dưỡng cho máy gây mê kèm thở (Model: Aespire 7100/ Hãng: GE/ Nước sản xuất: Mỹ)	08	Máy	Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
4	Dịch vụ bảo dưỡng cho máy gây mê kèm thở (Model: 9100c NXT/ Hãng: GE/ Nước sản xuất: Mỹ)	03	Máy	Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
5	Dịch vụ bảo dưỡng cho máy gây mê kèm thở (Model: Carestation 620/ Hãng: GE/ Nước sản xuất: Mỹ)	02	Máy	Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

2. Bảo giá đã bao gồm thuế VAT theo quy định hiện hành;

3. Thời gian thực hiện bảo trì: trong vòng 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;

4. Các điều khoản liên quan đến cung cấp gói dịch vụ bảo trì, điều khoản thanh toán và các điều khoản riêng khác (nếu có).

5. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Bệnh viện sẽ thực hiện thanh toán 100% giá trị đơn hàng khi đơn vị cung cấp thực hiện việc xuất hóa đơn thuế GTGT kèm theo biên bản bàn giao nghiệm thu hàng hóa giao cho Bệnh viện làm cơ sở thanh toán. Thời gian thanh toán tối đa 90 ngày kể từ khi Đơn vị cung cấp đầy đủ chứng từ hợp lệ theo quy định.

6. Các thông tin khác (nếu có).

- Đăng ký kinh doanh; Tài liệu chứng minh đủ điều kiện kinh doanh trang thiết bị y tế căn cứ theo Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 và Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 của Chính phủ ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số

[Signature]

98/2021/NĐ-CP; Số điện thoại/Email của đại diện đơn vị báo giá trong trường hợp Bệnh viện cần liên lạc.

- Bảng chào giá (theo mẫu đính kèm tại phụ lục của công văn này)

- Catalogue, hợp đồng tương tự, cấu hình và tính năng kỹ thuật của thiết bị, vật tư thay thế và các tài liệu liên quan (nếu có).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Bệnh viện (để báo cáo);
- Lưu VT, VT-TBYT.

TL. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG VT-TBYT



Hoàng Bảo Anh

ĐƠN
HỢP
ỨC



PHỤ LỤC

NỘI DUNG YÊU CẦU KỸ THUẬT CỦA DỊCH VỤ BẢO DƯỠNG MÁY GÂY MÊ KÈM THỜ
(MODEL: AESPIRE 7900, AVANCE, AESPIRE 7100, 9100C NXT, CARESTATION 620 / HÃNG: GE/
NƯỚC SẢN XUẤT: MỸ)

(Kèm theo yêu cầu chào giá mời chào cung cấp dịch vụ bảo dưỡng máy gây mê kèm thở
(Model: Aespire 7900, Avance, Aespire 7100, 9100c NXT, Carestation 620/ Hãng: GE/ Nước
sản xuất: Mỹ) số: 2302/VĐ-VTTYT ngày 11 tháng 05 năm 2024)

1. Yêu cầu về dịch vụ bảo dưỡng máy gây mê kèm thở (Model: Aespire 7100)

STT	Các yêu cầu về dịch vụ bảo dưỡng
I.	Yêu cầu chung
1	Bảo dưỡng máy gây mê kèm thở: 04 lần/ 12 tháng (bao gồm nhân công bảo dưỡng, không bao gồm thay thế vật tư)
II.	Yêu cầu chi tiết về dịch vụ bảo dưỡng
1	Kiểm tra tổng quan hệ thống
	Kiểm tra hệ thống điện
	Kiểm tra hệ thống khí
	Kiểm tra tình trạng ắc quy
	Kiểm tra tình trạng của các bánh xe và khóa
	Kiểm tra tình trạng các phụ kiện
	Vận hành thử và kiểm tra các thông số máy
2	Vệ sinh máy
	Vệ sinh máy
	Vệ sinh màn hình và các tấm lọc
	Vệ sinh bể nước đầu vào khí Air và Oxy
	Vệ sinh mạch thở
	Vệ sinh các bảng mạch
3	Kiểm tra và hiệu chuẩn các bộ phận
	Kiểm tra van MOPV
	Xem log và khắc phục sự cố
	Hiệu chỉnh tín hiệu I/O



Handwritten signature

	Hiệu chỉnh regulator
	Hiệu chỉnh cảm biến đường thở Span
	Hiệu chỉnh van PEEP
	Hiệu chỉnh van thở vào
	Độ nhạy áp lực
	Kiểm tra khí tường và khí bình
	Kiểm tra lưu lượng và van giảm áp
	Kiểm tra áp lực sau bình bốc hơi
	Kiểm tra rò rỉ áp lực thấp
	Kiểm tra độ chính xác của đồng hồ áp lực
	Kiểm tra báo động
	Kiểm tra khối thở
	Kiểm tra O2 phụ trợ
	Kiểm tra báo mất nguồn
4	Hiệu chuẩn cảm biến lưu lượng/ oxy
	Hiệu chuẩn cảm biến lưu lượng
	Hiệu chuẩn O2 21%
	Hiệu chuẩn O2 100%
5	Kiểm tra an toàn điện
	Đo trở kháng đất
	Đo dòng điện dò
6	Kiểm tra các thông số
	Thể tích lưu thông
	Áp lực thở vào
	Nhịp thở

	Nồng độ oxy
II.	Các yêu cầu khác
1	Đơn vị cung cấp dịch vụ có ủy quyền về cung cấp dịch vụ bảo dưỡng của nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối tại Việt Nam
2	Có đội ngũ kỹ thuật tối thiểu 01 người được đào tạo của hãng sản xuất thiết bị về thực hiện dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị (Có chứng chỉ kèm theo)
3	Khi nhận được thông tin về sự cố hoặc hỏng hóc thiết bị từ Bệnh viện, kỹ sư sẽ hỗ trợ từ xa 24/7. Trong trường hợp hỗ trợ từ xa không xử lý được, kỹ sư sẽ có mặt trong vòng mười hai (12) đến hai bốn (24) giờ
4	Cam kết sau khi bảo dưỡng đảm bảo thiết bị hoạt động bình thường
5	Sau khi bảo dưỡng, đơn vị thực hiện bảo dưỡng có báo cáo về việc thực hiện bảo dưỡng, có khuyến cáo đề xuất Bệnh viện về tình trạng máy, các linh phụ kiện cần thay thế (nếu có) đảm bảo hoạt động của thiết bị

2. Yêu cầu về dịch vụ bảo dưỡng máy gây mê kèm thở (Model: 9100c NXT)

STT	Các yêu cầu về dịch vụ bảo dưỡng
I.	Yêu cầu chung
1	Bảo dưỡng máy gây mê kèm thở: 04 lần/ 12 tháng (bao gồm nhân công bảo dưỡng, không bao gồm thay thế vật tư)
II.	Yêu cầu chi tiết về dịch vụ bảo dưỡng
1	Kiểm tra tổng quan hệ thống
	Kiểm tra hệ thống điện
	Kiểm tra hệ thống khí
	Kiểm tra ắc quy
	Kiểm tra tình trạng các bánh xe và khóa
	Kiểm tra tình trạng các phụ kiện
	Vận hành thử và kiểm tra các thông số máy
2	Vệ sinh máy
	Vệ sinh máy
	Vệ sinh màn hình và các tấm lọc.
	Vệ sinh bể nước đầu vào khí Air và Oxy
	Vệ sinh mạch thở

Sinh viên

	Vệ sinh các bảng mạch
3	Quy trình cân chuẩn
	Cân chuẩn flow sensor.
	Cân chuẩn O2 sensor
	Adjust Drive Gas Regulator
	Airway Sensor Span
	PEEP Valve Calibration
	Inspiratory Valve Calibration
	Pressure Sensitivity
4	Kiểm tra an toàn điện
	Dòng điện rò nhỏ hơn 500 μ A với điện áp 220/240 VAC
	Trở kháng nối đất nhỏ hơn 0.2 Ω
5	Kiểm tra các thông số
	Test thể tích khí/1 lần thở
	Test áp lực máy cung cấp vào/ra
	Test tần số thở (Nhịp/ Phút)
	Test nồng độ Oxy
6	Kiểm tra hoạt động các mode thở
II.	Các yêu cầu khác
1	Đơn vị cung cấp dịch vụ có ủy quyền về cung cấp dịch vụ bảo dưỡng của nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối tại Việt Nam
2	Có đội ngũ kỹ thuật tối thiểu 01 người được đào tạo của hãng sản xuất thiết bị về thực hiện dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị (Có chứng chỉ kèm theo)
3	Khi nhận được thông tin về sự cố hoặc hỏng hóc thiết bị từ Bệnh viện, kỹ sư sẽ hỗ trợ từ xa 24/7. Trong trường hợp hỗ trợ từ xa không xử lý được, kỹ sư sẽ có mặt trong vòng mười hai (12) đến hai bốn (24) giờ
4	Cam kết sau khi bảo dưỡng đảm bảo thiết bị hoạt động bình thường

5	Sau khi bảo dưỡng, đơn vị thực hiện bảo dưỡng có báo cáo về việc thực hiện bảo dưỡng, có khuyến cáo đề xuất Bệnh viện về tình trạng máy, các linh phụ kiện cần thay thế (nếu có) đảm bảo hoạt động của thiết bị
---	---

3. Yêu cầu về dịch vụ bảo dưỡng máy gây mê kèm thở (Model: Carestation 620)

STT	Các yêu cầu về dịch vụ bảo dưỡng
I.	Yêu cầu chung
1	Bảo dưỡng máy gây mê kèm thở: 04 lần/ 12 tháng (bao gồm nhân công bảo dưỡng, không bao gồm thay thế vật tư)
II.	Yêu cầu chi tiết về dịch vụ bảo dưỡng
1	Kiểm tra tổng quan hệ thống
	Kiểm tra hệ thống điện
	Kiểm tra hệ thống khí
	Kiểm tra tình trạng pin
	Kiểm tra tình trạng của các bánh xe và khóa bánh xe
	Vận hành thử và kiểm tra các thông số máy
	Kiểm tra thông số của các mode thở
2	Vệ sinh máy
	Vệ sinh máy
	Vệ sinh màn hình và các tấm lọc
	Vệ sinh bể nước các đầu cấp khí
	Vệ sinh mạch thở
	Vệ sinh bảng mạch và quạt tản nhiệt
3	Quy trình hiệu chuẩn
	Hiệu chuẩn lưu lượng và áp lực
	Hiệu chuẩn cảm biến oxy hàng tuần
	Hiệu chuẩn cảm biến oxy hàng tháng
	Hiệu chuẩn Manifold P Span
	Hiệu chuẩn Inspiratory flow valve

Signature

	Hiệu chuẩn Bleed resistor
	Hiệu chuẩn Paw Span
	Hiệu chuẩn Paw and ACGO
	Zero Gas Transducers
	Mixer Flow Sensor Zero
	Zero ACGO/Zero AGSS
	Hiệu chuẩn màn hình cảm ứng
4	Kiểm tra các chức năng trên màn hình
	Kiểm tra đèn LED
	Kiểm tra loa
	Kiểm tra PIN
	Kiểm tra tình trạng phím cứng
	Kiểm tra LCD
5	Kiểm tra hệ thống mạch thở
	Kiểm tra cảm biến lưu lượng
	Kiểm tra cảm biến oxy
	Kiểm tra bình hấp thụ
	Kiểm tra hệ thống bóng xẹp
	Kiểm tra van APL
	Kiểm tra công tắc bag to vent
	Kiểm tra van thở ra
	Kiểm tra điều khiển lưu lượng
	Kiểm tra van xả áp lực ACGO
	Kiểm tra Oxy phụ trợ
	Kiểm tra bình bốc hơi

	Kiểm tra hệ thống báo động
6	Kiểm tra an toàn điện
	Dòng điện rò nhỏ hơn 500 μ A với điện áp 220/240 VAC
	Trở kháng nối đất nhỏ hơn 0.2 Ω
7	Kiểm tra các thông số thở
	Thể tích lưu thông
	Áp lực thở vào
	Nhịp thở
	Nồng độ Oxy
II.	Các yêu cầu khác
1	Đơn vị cung cấp dịch vụ có ủy quyền về cung cấp dịch vụ bảo dưỡng của nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối tại Việt Nam
2	Có đội ngũ kỹ thuật tối thiểu 01 người được đào tạo của hãng sản xuất thiết bị về thực hiện dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị (Có chứng chỉ kèm theo)
3	Khi nhận được thông tin về sự cố hoặc hỏng hóc thiết bị từ Bệnh viện, kỹ sư sẽ hỗ trợ từ xa 24/7. Trong trường hợp hỗ trợ từ xa không xử lý được, kỹ sư sẽ có mặt trong vòng mười hai (12) đến hai bốn (24 giờ)
4	Cam kết sau khi bảo dưỡng đảm bảo thiết bị hoạt động bình thường
5	Sau khi bảo dưỡng, đơn vị thực hiện bảo dưỡng có báo cáo về việc thực hiện bảo dưỡng, có khuyến cáo đề xuất Bệnh viện về tình trạng máy, các linh phụ kiện cần thay thế (nếu có) đảm bảo hoạt động của thiết bị

4. Yêu cầu về dịch vụ bảo dưỡng máy gây mê kèm thở (Model: Aespire 7900)

STT	Các yêu cầu về dịch vụ bảo dưỡng
I.	Yêu cầu chung
1	Bảo dưỡng máy gây mê kèm thở: 04 lần/ 12 tháng (bao gồm nhân công bảo dưỡng, không bao gồm thay thế vật tư)
II.	Yêu cầu chi tiết về dịch vụ bảo dưỡng
1	Kiểm tra tổng quan hệ thống
	Kiểm tra hệ thống điện
	Kiểm tra hệ thống khí

Handwritten signature

	Kiểm tra tình trạng ắc quy
	Kiểm tra tình trạng các bánh xe và khóa
	Kiểm tra tình trạng các phụ kiện
	Vận hành thử và kiểm tra các thông số máy
2	Vệ sinh máy
	Vệ sinh máy
	Vệ sinh màn hình và các tấm lọc
	Vệ sinh bể nước đầu vào khí Air và Oxy
	Vệ sinh mạch thở
	Vệ sinh các bảng mạch
3	Kiểm tra và hiệu chuẩn các bộ phận
	Kiểm tra van MOPV
	Xem log và khắc phục sự cố
	Hiệu chỉnh tín hiệu I/O
	Hiệu chỉnh regulator
	Hiệu chỉnh cảm biến đường thở Span
	Hiệu chỉnh van PEEP
	Hiệu chỉnh van thở vào
	Độ nhạy áp lực
	Kiểm tra khí tường và khí bình
	Kiểm tra lưu lượng và van giảm áp
	Kiểm tra áp lực sau bình bốc hơi
	Kiểm tra rò rỉ áp lực thấp
	Kiểm tra độ chính xác của đồng hồ áp lực
	Kiểm tra báo động
	Kiểm tra khối thở
	Kiểm tra O2 phụ trợ

	Kiểm tra báo mất nguồn
4	Hiệu chuẩn cảm biến lưu lượng / oxy
	Hiệu chuẩn cảm biến lưu lượng
	Hiệu chuẩn O2 21%
	Hiệu chuẩn O2 100%
5	Kiểm tra an toàn điện
	Đo trở kháng đất
	Đo dòng điện dò
6	Kiểm tra các thông số
	Thể tích lưu thông
	Áp lực thở vào
	Nhịp thở
	Nồng độ oxy
II.	Các yêu cầu khác
1	Đơn vị cung cấp dịch vụ có ủy quyền về cung cấp dịch vụ bảo dưỡng của nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối tại Việt Nam
2	Có đội ngũ kỹ thuật tối thiểu 01 người được đào tạo của hãng sản xuất thiết bị về thực hiện dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị (Có chứng chỉ kèm theo)
3	Khi nhận được thông tin về sự cố hoặc hỏng hóc thiết bị từ Bệnh viện, kỹ sư sẽ hỗ trợ từ xa 24/7. Trong trường hợp hỗ trợ từ xa không xử lý được, kỹ sư sẽ có mặt trong vòng mười hai (12) đến hai bốn (24 giờ)
4	Cam kết sau khi bảo dưỡng đảm bảo thiết bị hoạt động bình thường
5	Sau khi bảo dưỡng, đơn vị thực hiện bảo dưỡng có báo cáo về việc thực hiện bảo dưỡng, có khuyến cáo đề xuất Bệnh viện về tình trạng máy, các linh phụ kiện cần thay thế (nếu có) đảm bảo hoạt động của thiết bị

5. Yêu cầu về dịch vụ bảo dưỡng máy gây mê kèm thở (Model: Avance)

STT	Các yêu cầu về dịch vụ bảo dưỡng
I.	Yêu cầu chung

Handwritten signature or mark.

	Bảo dưỡng máy gây mê kèm thở: 04 lần/ 12 tháng (bao gồm nhân công bảo dưỡng, không bao gồm thay thế vật tư)
II.	Yêu cầu chi tiết về dịch vụ bảo dưỡng
1	Kiểm tra tổng quan hệ thống
	Kiểm tra hệ thống điện
	Kiểm tra hệ thống khí
	Kiểm tra ắc quy
	Kiểm tra tình các bánh xe và khóa
	Kiểm tra tình trạng các phụ kiện
	Kiểm tra đèn LED báo nguồn
	Vận hành thử và kiểm tra các thông số máy
2	Vệ sinh máy
	Vệ sinh máy
	Vệ sinh màn hình và các tấm lọc
	Vệ sinh bể nước đầu vào khí Air và Oxy
	Vệ sinh mạch thở ABS
	Vệ sinh các bảng mạch
3	Kiểm tra và hiệu chuẩn các bộ phận
	Kiểm tra tình trạng các loa báo động
	Kiểm tra khí tường
	Kiểm tra báo động O2
	Kiểm tra AGSS
	Kiểm tra ABS
	Kiểm tra Free Breathing Valve
	Kiểm tra thông khí - Xem và sao chép logs. - Kiểm tra lưu lượng và áp lực. - Hiệu chuẩn O2. - Van xả áp lực MOPV. - Kiểm tra giới hạn áp lực. - Hiệu chuẩn Manifold P Span.

Handwritten signature or mark.

	- Hiệu chuẩn van lưu lượng thở vào. - Hiệu chuẩn Bleed Resistor. - Hiệu chuẩn Paw Span. - Zero the Mixer.
	Kiểm tra hiển thị
	Kiểm tra hệ thống
	Kiểm tra bộ trộn
	Kiểm tra O2 thay thế
	Kiểm tra O2 phụ trợ
	Kiểm tra lưu lượng Flush
	Kiểm tra bình bốc hơi
	Kiểm tra báo động
	Kiểm tra báo mất nguồn
4	Thực hiện kiểm tra hàng ngày
	Kiểm tra đầy đủ
	Kiểm tra hồ khí áp lực thấp
5	Kiểm tra các thông số
	Đo trở kháng đất
	Đo dòng điện dò
6	Kiểm tra hoạt động các mode thở
	Thở tích khí lưu thông.
	Áp lực thở vào
	Nhịp thở
	Nồng độ Oxy
II.	Các yêu cầu khác
1	Đơn vị cung cấp dịch vụ có ủy quyền về cung cấp dịch vụ bảo dưỡng của nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối tại Việt Nam

VIỆN
Y HỌC
ĐỨC

7/9/2021

2	Có đội ngũ kỹ thuật tối thiểu 01 người được đào tạo của hãng sản xuất thiết bị về thực hiện dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị (Có chứng chỉ kèm theo)
3	Khi nhận được thông tin về sự cố hoặc hỏng hóc thiết bị từ Bệnh viện, kỹ sư sẽ hỗ trợ từ xa 24/7. Trong trường hợp hỗ trợ từ xa không xử lý được, kỹ sư sẽ có mặt trong vòng mười hai (12) đến hai bốn (24) giờ
4	Cam kết sau khi bảo dưỡng đảm bảo thiết bị hoạt động bình thường
5	Sau khi bảo dưỡng, đơn vị thực hiện bảo dưỡng có báo cáo về việc thực hiện bảo dưỡng, có khuyến cáo đề xuất Bệnh viện về tình trạng máy, các linh phụ kiện cần thay thế (nếu có) đảm bảo hoạt động của thiết bị

Phụ lục 1:

Mẫu báo giá

(Kèm theo công văn số: 23.04/VĐ-VTTBYT ngày 11 tháng 06 năm 2024)

BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, chúng tôi.....[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp dịch vụ bảo trì trang thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng mời thầu	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền
1						
2						
...						
Tổng cộng:						

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm...[ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

Hà Nội, ngày.... tháng....năm 2024

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp⁽²⁾

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

