

Số: 4301/VĐ-VTTBYT
V/v Yêu cầu báo giá TTBYT

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2026

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở mua sắm vật tư y tế với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, địa chỉ tại: Số 40 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Vũ Thị Vân Anh (037 547 0686).

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư- Thiết bị y tế, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, địa chỉ tại: Cạnh tòa nhà B5, cổng số 4 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Nhận qua email: vietduchospitalmuasam@gmail.com. Đơn vị cung cấp báo giá qua email phải ghi rõ **Số hiệu văn bản YCBG** trong nội dung email.

(Lưu ý: Các đơn vị phải gửi báo giá đồng thời theo 2 hình thức nêu trên)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h00', ngày 27 tháng 07 năm 2026 đến trước 16h00' ngày 05 tháng 08 năm 2026.

Lưu ý: Yêu cầu quý công ty cung cấp thông tin đơn giá của các mặt hàng trong nội dung báo giá của mình trong trường hợp bệnh viện cần thay đổi số lượng cần mua sắm.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 05 tháng 08 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục thiết bị y tế: Chi tiết theo phụ lục 01 đính kèm

2. Địa điểm cung cấp: Kho Vật tư tiêu hao – Phòng VT-TBYT – Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Phương thức giao nhận: Căn cứ số lượng gọi hàng của Bệnh viện, Bên bán thực hiện việc xuất hóa đơn bao gồm Thuế GTGT kèm biên bản bàn giao nghiệm thu hàng hóa, chi phí vận chuyển, bốc xếp hàng hóa do bên bán chịu.

Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Căn cứ vào số lượng gọi hàng, Bên Bán thực hiện việc xuất hóa đơn thuế GTGT kèm biên bản bàn giao nghiệm thu hàng hóa, giao cho Bệnh viện mua làm cơ sở để thanh toán, thời gian thanh toán tối đa 90 ngày kể từ khi Bên bán cung cấp đầy đủ chứng từ hợp lệ theo quy định cho Bệnh viện.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: ≤ 48 giờ kể từ khi có yêu cầu của Bệnh viện.

4. Các thông tin khác (nếu có):

4.1. Yêu cầu Hồ sơ báo giá bao gồm các tài liệu sau:

- Đăng ký kinh doanh của đơn vị chào giá;
- Tài liệu chứng minh đủ điều kiện kinh doanh trang thiết bị y tế căn cứ theo Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 và Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025.
- Báo giá (theo mẫu Phụ lục 02 đính kèm).
- Cung cấp các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 và Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025bc của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế. Cung cấp Cataloge, cấu hình và tính năng kỹ thuật của trang thiết bị và các tài liệu khác liên quan đến trang thiết bị (Chứng nhận ISO của hãng sản xuất (còn hạn), Giấy phép nhập khẩu/Giấy chứng nhận lưu hành hoặc các tài liệu tương đương);
- Số điện thoại/ Email của đại diện đơn vị báo giá trong trường hợp Bệnh viện cần liên lạc.
- Hợp đồng mua bán hàng hóa tương tự (Nếu có).
- Các thông tin khác (nếu có).

4.2. Các quy định đối với báo giá:

- Báo giá có đầy đủ các nội dung, mẫu biểu theo đúng mẫu đính kèm trong yêu cầu báo giá.
- Báo giá phải được đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá ký và đóng dấu theo quy định.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để b/cáo);
- Lưu: VT, VT-TBYT.

TL. GIÁM ĐỐC
Q. TRƯỞNG PHÒNG VT-TBYT



★ Hoàng Bảo Anh

PHỤ LỤC 01. BẢNG MÔ TẢ

(Kèm theo công văn số: 4901/VĐ-VTTBYT ngày 27 tháng 7 năm 2026)

Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật

I. YÊU CẦU CHUNG

- Hàng hóa mới 100%
- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 còn hiệu lực

II. DANH MỤC, SỐ LƯỢNG, TÍNH NĂNG KỸ THUẬT CƠ BẢN:

STT	Tên vật tư	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1	Cáp Spo2 cho máy theo dõi bệnh nhân Umec 12	Cấu hình 01 bộ bao gồm: Đầu đo SpO2 loại kẹp ngón tay, theo chuẩn của hãng Nellcor, dài tối thiểu 90cm. Dây cáp nối dài 300cm ($\pm 5\%$). Tương thích sử dụng cho máy monitor Umec, Imec của hãng mindray.	Cái	84
2	Cáp điện tim cho máy theo dõi bệnh nhân Umec 12	Đầu đo điện tim 3 cực, đầu gắn điện cực tim loại cúc bấm, hai hàng giắc, theo kiểu của hãng Mindray. Cáp nối dài 300cm ($\pm 5\%$). Tương thích sử dụng cho máy monitor Umec, Ime của hãng Mindray bao gồm cả phần kéo dài kết nối vào máy và phần cáp bệnh nhân.	Cái	84
3	Cáp Spo2 cho máy theo dõi bệnh nhân Phillips MX450	Cấu hình 01 bộ bao gồm: Đầu đo SpO2 loại kẹp ngón tay, theo chuẩn của hãng Nellcor oximax, dài tối thiểu 90cm. Dây cáp nối dài 300cm ($\pm 5\%$). Tương thích sử dụng cho máy monitor MX 450, MX 430 của hãng Phillips	Cái	72
4	Bộ cáp điện tim loại 5 điện cực của máy monitor Philips	Bao gồm cả phần cáp kéo dài kết nối vào máy và phần cáp bệnh nhân. Cảm biến điện tim loại 5 điện cực. Cáp nối dài ≥ 300 cm. Sử dụng cho máy monitor của hãng Philips (model: CM10, MP40, MX 450) đang sử dụng tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Thời gian bảo hành ≥ 03 tháng.	Bộ	72
5	Bộ cáp đo điện tim loại 5 điện cực của máy monitor GE	Bao gồm cả phần cáp kéo dài kết nối vào máy và phần cáp bệnh nhân. Sử dụng cho máy monitor của hãng GE (model: Dash 4000) đang sử dụng tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Thời gian bảo hành ≥ 03 tháng.	Bộ	24
6	Bao đo huyết áp người lớn và trẻ em, của	Loại sử dụng nhiều lần. Sử dụng cho máy monitor của hãng GE (model: Dash 4000 và Dash 5000) đang sử dụng tại bệnh viện	Cái	12

STT	Tên vật tư	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
	monitor hãng GE	Hữu nghị Việt Đức. Thời gian bảo hành ≥ 03 tháng.		
7	Băng đo huyết áp người lớn	Loại sử dụng nhiều lần cho người lớn. Sử dụng cho các dòng monitor của hãng Philips (Model: CM10, MP40, MX 450); của hãng Mindray (Model: Umec 12, iMec) đang sử dụng tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Thời gian bảo hành ≥ 03 tháng.	Cái	420
8	Cáp đo IBP của máy monitor Philips	Chiều dài $\geq 300\text{cm}$, loại sử dụng nhiều lần. Sử dụng cho máy monitor của hãng Philips (model: MP40, MX450) đang sử dụng tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Thời gian bảo hành ≥ 03 tháng.	Cái	36
9	Chỉ khâu phẫu thuật liền kim Nylon số 9/0	Chỉ không tiêu đơn sợi Nylon số 9/0, sợi dài tối thiểu 15cm, màu đen. Kim tròn, dài 4mm ($\pm \leq 0.5\text{mm}$), 3/8 đường tròn.	Sợi	840
10	Chỉ khâu phẫu thuật liền kim Nylon số 10/0	Chỉ không tiêu đơn sợi Nylon số 10/0, sợi dài tối thiểu 15cm, màu đen. Kim tròn, dài 4mm ($\pm \leq 0.5\text{mm}$), 3/8 đường tròn.	Sợi	1.320
11	Chỉ tiêu tổng hợp sợi bền số 1	Chỉ không tiêu đơn sợi Nylon số 9/0, sợi dài tối thiểu 15cm, màu đen. Kim tròn, dài 4mm ($\pm \leq 0.5\text{mm}$), 3/8 đường tròn.	Sợi	29.280
12	Chỉ tiêu tổng hợp sợi bền Polyglactine số 2/0 (dài 70cm)	Chỉ tiêu tổng hợp sợi bền polyglactin 910 số 2/0, sợi dài tối thiểu 70cm, được bọc bởi Polyglactin 370 và Canxi stearate có tác dụng chống xước và mềm, mượt sợi chỉ. Sức căng kéo giảm 50% sau 21 ngày, tiêu hoàn toàn trong 56-70 ngày. 1 kim tròn dài 25mm ($\pm \leq 1\text{mm}$), 1/2 vòng tròn. Đạt tiêu chuẩn EC do đơn vị độc lập (là các tổ chức chứng nhận/kiểm định hợp pháp theo quy định) cấp hoặc tiêu chuẩn FDA.	Sợi	31.740
13	Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng dùng cho Thận nhân tạo (git ngắn)	Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng dùng cho thận nhân tạo. Một bộ gồm: - Catheter 2 nòng: kích thước 12F, cung cấp được tối thiểu các kích cỡ có chiều dài 15cm ($\pm \leq 5\%$) và 20cm ($\pm \leq 5\%$), chất liệu Polyurethan, có cản quang. - Dây dẫn đường đầu chữ J có vạch đánh dấu, chiều dài tối thiểu 60cm. - 01 cây nong cỡ 8Fr và 01 cây nong cỡ 12Fr. - 01 kim dẫn đường cỡ 18G; - 01 bơm tiêm 5ml; - 01 dao mổ. Đóng gói vô trùng đơn chiếc.	Cái	360

PHỤ LỤC 02: MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo công văn số: 4904/VĐ-VTTBYT ngày 24 tháng 7 năm 2026)

BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số /VĐ-VTTBYT ngày tháng năm 2025 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	STT vật tư mời chào giá (Theo phụ lục 01)	Danh mục thiết bị y tế	Ký, mã, nhãn hiệu, model/ Hãng sản xuất ⁽³⁾	Mã HS	Năm sản xuất ⁽⁵⁾	Xuất xứ ⁽⁶⁾	Số lượng/ Khối lượng ⁽⁷⁾	Đơn giá trước VAT(VND)	VAT (%)	Đơn giá sau VAT (VND)	Thành tiền trước VAT (VND)	Thành tiền sau VAT (VND)
1		Thiết bị A										
2		Thiết bị B										
n		...										

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

Ghi chú: Yêu cầu các đơn vị ghi rõ giá trị thuế VAT (0, 5, 8, 10%...) cho từng thiết bị.

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày 02 tháng 01 năm 2026.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

...., ngày tháng năm

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp⁽¹²⁾

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

- Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.

- Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.

- Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.

- Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.

- Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

- Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế (giá trị đã làm tròn đến hàng đơn vị).

- Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.

- Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.