

BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 6038 /VD-VTTBYT

Hà Nội, ngày /0 tháng 3 năm 2026

V/v Mua sắm màng lọc Hepa và sửa chữa, bảo
dưỡng tủ an toàn sinh học Model: SC2-4E1

Kính gửi: Các công ty/ đơn vị /nhà cung cấp

Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở mua sắm màng lọc Hepa và dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng tủ an toàn sinh học SC2-4E1 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phòng Vật tư - Thiết bị y tế, tòa nhà , Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 - Tràng Thi - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

- Người nhận báo giá: Lê Xuân Thắng (Nhân viên Phòng Vật tư - Thiết bị y tế)

- Điện thoại: 0968111491

3. Bệnh viện tiếp nhận báo giá đồng thời theo 2 hình thức

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư - Thiết bị y tế, tòa nhà , Số 40 – Tràng Thi – Hoàn Kiếm – Hà Nội.

- Nhận qua email: vietduchospitalmuasam@gmail.com

(Lưu ý: các đơn vị phải gửi báo giá đồng thời theo hai hình thức trên. Đơn vị cung cấp báo giá qua email phải ghi rõ số hiệu văn bản YCBG trong nội dung email)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 07 giờ 30 phút ngày 11/ 9/2026 đến trước 16 giờ 30 phút ngày 21/9/2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 21/ 9/2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa và dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng tại Phụ lục 03 kèm theo.
2. Chi tiết mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của hàng hóa và dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng tại Phụ lục 04 kèm theo.
3. Địa điểm cung cấp hàng hóa và dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng tại TT Tế bào gốc-Ngân hàng mô và Y học tái tạo.

4. Thời gian giao hàng dự kiến: Tối đa 60 ngày kể từ ngày Bệnh viện yêu cầu

5. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

Bệnh viện thanh toán 100% giá trị đơn hàng khi đơn vị cung cấp thực hiện việc xuất hóa đơn thuế GTGT kèm biên bản bàn giao nghiệm thu hàng hóa, giao cho bên Bệnh

viện làm cơ sở thanh toán, thời gian thanh toán tối đa 90 ngày kể từ khi bên đơn vị cung cấp đầy đủ chứng từ hợp lệ theo quy định.

5. Các thông tin khác (nếu có).

5.1. Yêu cầu Hồ sơ báo giá bao gồm các tài liệu sau:

- Đăng ký kinh doanh của đơn vị chào giá;
- Tài liệu chứng minh đủ điều kiện kinh doanh trang thiết bị y tế căn cứ theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế, Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của chính phủ, Thông tư 05/2022/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 01/8/2022 và các văn bản pháp luật khác liên quan còn hiệu lực;

- Báo giá (theo mẫu đính kèm);

- Catalog, cấu hình và tính năng kỹ thuật của thiết bị và các tài liệu khác liên quan đến thiết bị (*Chứng nhận ISO của hãng sx (nếu có), Giấy phép nhập khẩu/Giấy chứng nhận lưu hành hoặc các tài liệu tương đương*);

- Số điện thoại/Email của đại diện đơn vị báo giá trong trường hợp Bệnh viện cần liên lạc;

- Hợp đồng mua bán thiết bị tương tự (nếu có).

6.2. Các quy định đối với báo giá:

- Báo giá phải bao gồm thuế VAT (*Hàng hóa phải ghi rõ phần giá trị thuế VAT áp dụng cho sản phẩm*);

- Báo giá phải kèm theo catalog sản phẩm, tài liệu về cấu hình, thông số kỹ thuật theo quy định của nhà sản xuất;

- Báo giá phải được đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá ký và đóng dấu theo quy định;

- Kính đề nghị các công ty, các nhà cung cấp nghiên cứu kỹ các yêu cầu và làm theo hướng dẫn đã nêu tại các Phụ lục đính kèm thông báo này.

- Lưu ý: Để đánh giá đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa do công ty chào giá so với yêu cầu của Bệnh viện, đề nghị Công ty thực hiện đầy đủ các yêu cầu nêu tại các phụ lục đính kèm thông báo. Các báo giá không cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu tại phụ lục của thông báo thì Bệnh viện sẽ không có đủ căn cứ để tổng hợp, xem xét.

- Đơn vị chào giá có thể chào giá 1 hoặc nhiều mục hàng hoặc 1 mục hàng có thể chào nhiều chủng loại khác nhau trong danh mục mời chào giá theo khả năng cung cấp của công ty.

- Đề nghị các công ty thực hiện lấy (các) file mẫu, thực hiện lập báo giá qua hệ thống hỗ trợ tại địa chỉ: <https://vietduc.chamthau.vn/> hoặc quét mã QR phía dưới để truy cập.

Tài khoản truy cập guest@123 mật khẩu 121212.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các công ty, nhà cung cấp;
- Lưu: VT, VT-TBYT.



TL. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG VẬT TƯ - THIẾT
BỊ Y TẾ



★ Hoàng Bảo Anh

PHỤ LỤC 01**Các yêu cầu chung về lập báo giá**

(Kèm theo Công văn số 6038 /VD-VTTBYT ngày 10 tháng 9 năm 2016 của
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức)

STT	Thông tin	Chỉ tiêu	Đánh giá đáp ứng kỹ thuật của Báo giá
	Công ty phải lập bảng đáp ứng tính năng chi tiết của hàng hóa do Công ty chào so với yêu cầu của Bệnh viện như Mẫu 1 tại Phụ lục 02	Có bảng đáp ứng với đầy đủ thông tin yêu cầu	Đáp ứng
		Không có bảng đáp ứng hoặc bảng đáp ứng không có đầy đủ thông tin	Không đáp ứng
- Bệnh viện đánh giá mức độ đáp ứng kỹ thuật của hàng hóa công ty chào dựa trên cơ sở Bảng kê khai thông số kỹ thuật - do công ty tự kê khai – tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các nội dung do công ty tự kê khai. Trường hợp cần thiết Bệnh viện sẽ yêu cầu làm rõ, công ty phải cung cấp tài liệu để chứng minh. - Yêu cầu kỹ thuật nêu trong Phụ lục 03 là các thông số yêu cầu tham khảo cơ bản để Bệnh viện xây dựng dự toán mua sắm. Công ty có thể chào loại hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn. Đối với yêu cầu về Chứng nhận: hàng hóa chào giá phải đáp ứng yêu cầu nêu tại cột này để được đánh giá Đạt. Đối với yêu cầu về Xuất xứ: Xuất xứ nêu tại cột này là xuất xứ được ưu tiên đối với hàng hóa, không phải yêu cầu bắt buộc, Bệnh viện vẫn thực hiện đánh giá tính năng, thông số kỹ thuật đối với hàng hóa có xuất xứ khác. - Trường hợp hàng hóa công ty chào không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về Tính năng, thông số kỹ thuật và/hoặc Chứng nhận và Xuất xứ, Bệnh viện đề nghị công ty vẫn thực hiện chào giá và ghi chú rõ các tiêu chí không đáp ứng. Bệnh viện sẽ xem xét tổng thể các tiêu chí và giá chào của công ty. Nếu (các) tiêu chí không đáp ứng không ảnh hưởng quá nhiều đến tính năng, công dụng, chất lượng của hàng hóa, Bệnh viện sẽ chấp thuận báo giá của công ty và điều chỉnh tiêu chí yêu cầu tương ứng để phù hợp với thực tế hàng hóa trên thị trường nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu chuyên môn và hiệu quả điều trị cho bệnh nhân. - Để đảm bảo tính đồng bộ, đề nghị công ty chào giá đầy đủ các danh mục hàng hóa trong 1 phần. - Công ty cung cấp kèm theo Báo giá (các) kết quả trúng thầu gần nhất trong vòng 360 ngày (nếu có) của (các) thiết bị y tế tương tự đã chào giá cho Bệnh viện. - Trường hợp công ty có nhiều thiết bị, nhiều model cùng đáp ứng với nhiều mức giá khác nhau thì công ty làm cho mỗi thiết bị, mỗi model một bảng đáp ứng kỹ thuật, báo giá mỗi model riêng biệt.			

PHỤ LỤC 02

Mẫu 1: Bảng đáp ứng kỹ thuật

(Kèm theo Công văn số 6058 /VĐ-VTTBYT ngày 10 tháng 9 năm 2016 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức)

BẢNG ĐÁP ỨNG KỸ THUẬT HÀNG HÓA CHÀO GIÁ

Yêu cầu mời chào giá (Chi tiết tại Phụ lục 03)				Nội dung đáp ứng của hàng hóa chào trong báo giá	Tài liệu tham chiếu
Tên phần	STT theo phần	STT TB mời chào giá	Tên hàng hóa và nội dung yêu cầu kỹ thuật của yêu cầu mời chào giá		
1	1	1	Thông tin hàng hóa, số lượng theo yêu cầu tại yêu cầu mời chào giá. (Ví dụ: Tên thiết bị: Hệ thống trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể ECMO, Số lượng: 01 Hệ thống)	Thông tin hàng hóa chào giá của đơn vị chào giá bao gồm đầy đủ các thông tin về thiết bị, bao gồm: Tên thiết bị; Số lượng; Model/Mã hiệu; Hãng sản xuất; Xuất xứ; Hãng chủ sở hữu (hãng/nước), Năm sản xuất, Tình trạng hàng hóa (Mới 100%)...	Đơn vị chào giá kê khai đầy đủ các thông tin yêu cầu.
			I. Yêu cầu chung	I. Yêu cầu chung	
		..	Là nội dung tại các Bảng yêu cầu kỹ thuật chi tiết của Phụ lục 03	Là nội dung để xuất kỹ thuật phù hợp với thiết bị dự thầu của nhà thầu.	Ghi rõ tên tài liệu, số trang tham chiếu, trích dẫn nội dung cụ thể trong tài liệu tham chiếu thể hiện tính đáp ứng của hàng hóa và các cam kết thực hiện của đơn vị chào giá đối với từng nội dung yêu cầu kỹ thuật. (Ghi chú các điểm không đạt kèm thuyết minh; Trường hợp để xuất điều chỉnh yêu cầu kỹ thuật (nếu có) kèm lý do điều chỉnh)
			II. Yêu cầu cấu hình	II. Yêu cầu cấu hình	

Yêu cầu mời chào giá (Chỉ tiết tại Phụ lục 03)				Nội dung đáp ứng của hàng hóa chào trong báo giá	Tài liệu tham chiếu
Tên phần	STT theo phần	STT TB mới chào giá	Tên hàng hóa và nội dung yêu cầu kỹ thuật của yêu cầu mời chào giá		
			Là nội dung tại các Bảng yêu cầu kỹ thuật chi tiết của Phụ lục 03	Là nội dung đề xuất kỹ thuật phù hợp với thiết bị chào giá của đơn vị chào giá. [Trường hợp các thành phần cấu thành lên cấu hình của thiết bị có ký hiệu, mã hiệu, hãng sản xuất thì đơn vị chào giá phải ghi rõ các thông tin kỹ hiệu/mã hiệu, Hãng sản xuất để đối chiếu với tài liệu tham chiếu kèm theo. Trường hợp đơn vị chào giá trình bày thì phải đảm bảo cung cấp đúng các sản phẩm có ký hiệu, mã hiệu, hãng sản xuất theo như kê khai tại mục này]	Ghi rõ tên tài liệu, số trang tham chiếu, trích dẫn nội dung cụ thể trong tài liệu tham chiếu thể hiện tính đáp ứng của hàng hóa và các cam kết thực hiện của đơn vị chào giá đối với từng nội dung yêu cầu kỹ thuật. (Ghi chú các điểm không đạt kèm thuyết minh; Trường hợp đề xuất điều chỉnh yêu cầu kỹ thuật (nếu có) kèm lý do điều chỉnh)
			III. Chỉ tiêu kỹ thuật	III. Chỉ tiêu kỹ thuật	
			Là nội dung tại các Bảng yêu cầu kỹ thuật chi tiết của Phụ lục 03	Là nội dung đề xuất kỹ thuật phù hợp với thiết bị chào giá của đơn vị chào giá.	Ghi rõ tên tài liệu, số trang tham chiếu, trích dẫn nội dung cụ thể trong tài liệu tham chiếu thể hiện tính đáp ứng của hàng hóa và các cam kết thực hiện của đơn vị chào giá đối với từng nội dung yêu cầu kỹ thuật. (Ghi chú các điểm không đạt kèm thuyết minh; Trường hợp đề xuất điều chỉnh yêu cầu kỹ thuật (nếu có) kèm lý do điều chỉnh)
			IV. Yêu cầu khác	IV. Yêu cầu khác	

Yêu cầu mời chào giá (Chi tiết tại Phụ lục 03)				Nội dung đáp ứng của hàng hóa chào trong báo giá	Tài liệu tham chiếu
Tên phần	STT theo phần	STTB TB mời chào giá	Tên hàng hóa và nội dung yêu cầu kỹ thuật của yêu cầu mời chào giá		
			Là nội dung tại các Bảng yêu cầu kỹ thuật chi tiết của Phụ lục 03	Là nội dung để xuất kỹ thuật của đơn vị chào giá.	Đơn vị chào giá cam kết và/hoặc cung cấp tài liệu theo yêu cầu (Ghi chú các điểm không đạt kèm thuyết minh; Trường hợp đề xuất điều chỉnh yêu cầu kỹ thuật (nếu có) kèm lý do điều chỉnh)
2	2	2	Thiết bị...		
			I. Yêu cầu chung	I. Yêu cầu chung	
					
			II. Yêu cầu cấu hình	II. Yêu cầu cấu hình	
					
			III. Chỉ tiêu kỹ thuật	III. Chỉ tiêu kỹ thuật	
					
			IV. Yêu cầu khác	IV. Yêu cầu khác	
					
3	3	3			
					

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 180 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm...[ghi ngày...tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I – Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày..... tháng.....năm.....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp⁽¹⁹⁾

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này; Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 19. ●

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi Tên thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột "Tên hàng hóa" trong Yêu cầu báo giá.

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên thương mại của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột "Tên

PHỤ LỤC 03

Bảng mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của hàng hóa
*(Kèm theo Công văn số 6038 /VĐ-VTTBYT ngày 10 tháng 9 năm 2026 của
 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức)*

Tên phần	STT theo phần	STT TB mời chào giá	Tên hàng hoá	Mô tả về tính năng, thông số kỹ thuật	Chứng nhận	Yêu cầu xuất xứ	DVT	Số lượng	Yêu cầu về trợ cụ/ máy phụ trợ
		1	Màng lọc Hepa:(1199x457mm)	Chi tiết tại Phụ lục 04	EN 1822		Cái	01	
		2	Màng lọc Hepa: (610x457 mm)	Chi tiết tại Phụ lục 04	EN 1822		Cái	01	
		3	Dịch vụ sửa chữa bảng điều khiển	Chi tiết tại Phụ lục 04			Gói	01	
		4	Dịch vụ bảo dưỡng tủ An toàn sinh học	Chi tiết tại Phụ lục 04			Lần	01	

PHỤ LỤC 04

Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật
(Kèm theo Công văn số 6033 /VD-VTTBYT ngày 10 tháng 3 năm 2026 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức)

I	Yêu cầu chung:		
-	Màng lọc Hepa mới 100% Tủ ATSH SC2-4E1 sau khi sửa chữa xong hoạt động bình thường		
II	Yêu cầu cấu hình:		
STT	Danh mục	ĐVT	Số lượng dự kiến
1	Màng lọc Hepa:(1199x457mm)	Cái	01
2	Màng lọc Hepa:(610x457mm)	Cái	01
3	Dịch vụ sửa chữa bảng điều khiển	Gói	01
4	Dịch vụ bảo dưỡng tủ An toàn sinh học	Lần	01
III	Yêu cầu kỹ thuật:		
1	Màng lọc Hepa - Màng lọc có chứng chỉ chất lượng EN 1822 - Tương thích với tủ ATSH SC2-4E1/ Hãng SX: Esco/ năm SX: 2018/Indonesia - Độ dày: 70mm ($\leq \pm 5\text{mm}$) - Cấp độ lọc H14 (hiệu suất lọc: $\geq 99.995\%$)		
2	Dịch vụ sửa chữa bảng điều khiển Bảng điều khiển tủ ATSH SC2-4E1 sau khi sửa chữa xong hoạt động bình thường.		
3	Dịch vụ bảo dưỡng tủ ATSH - Khử nhiễm trước khi thay lọc - Vệ sinh bên trong và bên ngoài máy, vệ sinh buồng thao tác mẫu - Đo, kiểm tra, điều chỉnh tốc độ gió hút vào và tốc độ gió thổi xuống - Đo kiểm tra độ rò rỉ của màng lọc - Đo kiểm tra cường độ đèn UV		
IV	Yêu cầu khác:		
-	Bảo hành: ≥ 06 tháng (màng lọc và bảng điều khiển)		
-	Bàn giao và lắp đặt, sửa chữa tại TT Tế bào gốc-Ngân hàng mô và Y học tái tạo của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Số 40 - Tráng Thi - Hoàn Kiếm - Hà Nội)		
-	Tiến độ giao hàng: Trong vòng 02 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.		
-	Có cam kết cung cấp giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hoá.		
-	Kỹ sư thực hiện có chứng chỉ đào tạo của Esco		