

Số: **6923** /VD-VTTBYT
V/v Yêu cầu báo giá TTBYT

Hà Nội, ngày **19** tháng **10** năm 2026

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở mua sắm vật tư tiêu hao sử dụng cho khoa Thận lọc máu tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức cơ sở Ngọc Hồi với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, địa chỉ tại: Số 40 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Đào Ngọc Thúy (0989825174)

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Các công ty/đơn vị/nhà cung cấp gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. (Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP) cho yêu cầu báo giá trên của Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 14 tháng 10 năm 2026 đến hết ngày 26 tháng 10 năm 2026.

Lưu ý: Yêu cầu quý công ty cung cấp thông tin đơn giá của các mặt hàng trong nội dung báo giá của mình trong trường hợp bệnh viện cần thay đổi số lượng cần mua sắm.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày 26 tháng 10 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục thiết bị y tế: Theo Phụ lục đính kèm

2. Địa điểm cung cấp: Kho Vật tư – Phòng VT-TBYT tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức cơ sở Ngọc Hồi.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: trong vòng 02 ngày làm việc kể từ khi có yêu cầu của bệnh viện.

4. Các thông tin khác (nếu có):

4.1. Yêu cầu Hồ sơ báo giá bao gồm các tài liệu sau:

- Đăng ký kinh doanh của đơn vị chào giá;

- Tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam theo quy định của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 và nghị định số 04/2025/NĐ-CP của chính phủ: sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 8/11/2021 của Chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 3/3/2023 của Chính phủ của Chính phủ quy định về việc quản lý trang thiết bị y tế.
 - Báo giá (theo mẫu đính kèm).
 - Cataloge, cấu hình và tính năng kỹ thuật của trang thiết bị và các tài liệu khác liên quan đến trang thiết bị (Chứng nhận ISO của hãng sản xuất còn hạn. Giấy chứng nhận lưu hành hoặc các tài liệu tương đương).
 - Số điện thoại/ Email của đại diện đơn vị báo giá trong trường hợp Bệnh viện cần liên lạc.
 - Hợp đồng, hóa đơn mua bán hàng hóa nêu trong báo giá với các đơn vị y tế khác (nếu có).
 - Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Căn cứ vào số lượng gọi hàng, Bên Bán thực hiện việc xuất hóa đơn thuế GTGT kèm biên bản bàn giao nghiệm thu hàng hóa, giao cho Bệnh viện mua làm cơ sở để thanh toán, thời gian thanh toán tối đa 90 ngày kể từ khi Bên bán cung cấp đầy đủ chứng từ hợp lệ theo quy định cho Bệnh viện.
 - Các thông tin khác (nếu có).
- 4.2. Các quy định đối với báo giá:
- Báo giá có đầy đủ các nội dung, mẫu biểu theo đúng mẫu đính kèm trong yêu cầu báo giá.
 - Báo giá phải được đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá ký và đóng dấu theo quy định.
 - Các đơn vị có thể chào giá 01 hoặc nhiều danh mục.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên; *Th*
- Giám đốc (đề b/cáo);
- Lưu: VT, VT-TBYT.

TL. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG VT-TBYT

Hoàng Bảo Anh

PHỤ LỤC 01. BẢNG MÔ TẢ

(Kèm theo công văn số: 6923 /VĐ-VTTBYT ngày 14 tháng 10 năm 2026)

Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật

I. YÊU CẦU CHUNG:

- Hàng hóa mới 100%
- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 còn hiệu lực.

II. DANH MỤC, SỐ LƯỢNG, TÍNH NĂNG KỸ THUẬT CƠ BẢN:

ST T	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Xuất xứ	Số lượng kế hoạch 24 tháng
1	Quả lọc thận số 15	Quả	- Chất liệu màng lọc: Polyethersulfone, không chứa Bisphenol-A(BPA), không chứa DEHP. - Diện tích bề mặt: 1.4 - 1.7 m². - Hệ số siêu lọc: 12-20 (mL/h/mmHg). - Thể tích mỗi: 90-110mL - Áp lực xuyên màng: tối thiểu 500mmHg. - Vỏ quả lọc: Polypropylene. - Đóng gói tiệt trùng đơn chiếc.		8.500
2	Quả lọc thận số 12	Quả	- Chất liệu màng lọc: Helixone, không chứa Bisphenol-A(BPA), không chứa DEHP. - Diện tích bề mặt: 1.2 - 1.4 m². - Hệ số siêu lọc: 12-20 (mL/h/mmHg). - Thể tích mỗi: 60-90mL - Áp lực xuyên màng: tối thiểu 500mmHg. - Vỏ quả lọc: Polypropylene. - Đóng gói tiệt trùng đơn chiếc.		12.000
3	Quả siêu lọc số 18	Quả	- Chất liệu màng lọc: Polysulfone, không chứa Bisphenol-A (BPA), không chứa DEHP. - Diện tích bề mặt: 1.6 - 2.0 m². - Hệ số siêu lọc: 50-60 (mL/h/mmHg). - Thể tích mỗi: 100-115mL - Áp lực xuyên màng: tối thiểu 500mmHg. - Độ dày thành: 40 µm - Hệ số sàng lọc: β2-Microglobulin = 0.65 - Vỏ quả lọc: Polycarbonate. - Đóng gói tiệt trùng đơn chiếc.	G7, Liên minh châu Âu, châu Mỹ	2.400

ST T	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kĩ thuật	Xuất xứ	Số lượng kế hoạch 24 tháng
4	Quả siêu lọc số 17	Quả	- Chất liệu màng lọc: Polynephron, không chứa Bisphenol-A(BPA), không chứa DEHP. - Diện tích bề mặt: 1.6 - 2.0 m². - Hệ số siêu lọc: 68-75 (mL/h/mmHg). - Thể tích mỗi: 100-115mL - Áp lực xuyên màng: tối thiểu 500mmHg. - Độ dày thành: 40 µm - Hệ số sàng lọc: β2-Microglobulin = 1 - Vỏ quả lọc: Polypropylene. - Đóng gói tiệt trùng đơn chiếc.	G7, Liên minh châu Âu, châu Mỹ	1.500
5	Kim chạy thận nhân tạo	Cái	Chiều dài từ 25mm, chiều dài dây: 300mm, có lỗ ở mặt sau kim. Có cánh bướm xoay được. Thân ống chất liệu silicon hoặc PVC trong. Có khóa. Cung cấp được tối thiểu các cỡ 16G và 17G. Đóng gói vô trùng đơn chiếc.		180.000
6	Catheter 2 nòng thận nhân tạo	Bộ	Catheter 2 nòng dùng cho thận nhân tạo. Một bộ gồm tối thiểu: - Catheter 2 nòng: kích thước 12F, cung cấp được tối thiểu các kích cỡ có chiều dài 15cm ($\pm 5\%$) và 20cm ($\pm 5\%$), chất liệu Polyurethan, có cản quang. - Dây dẫn đường đầu chữ J có vạch đánh dấu, chiều dài tối thiểu 60cm. - 01 cây nong cỡ 10Fr và 01 cây nong cỡ 12Fr. - 01 kim chữ Y cỡ 18G x 7cm; - 01 bơm tiêm 5ml; - 01 dao mổ. Đóng gói vô trùng đơn chiếc.		100
7	Dây máu thận nhân tạo	Bộ	Bộ dây máu thận nhân tạo bao gồm: Dây động mạch, dây tĩnh mạch có bảo vệ, bầu động mạch, bầu tĩnh mạch. Thể tích làm đầy: 155ml. Tương thích với máy thận nhân tạo đang sử dụng tại bệnh viện (Model: 4008S, Hãng/nước sản xuất: Fresenius Medical Care Deutschland GmbH Schweinfurt Plant/ Đức)		21.500
8	Kim ống tẩy rửa	Cái	Kim nhựa có nắp 2 đầu, tiệt trùng, dùng để xả rửa quả lọc thận		100.000

ST T	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kĩ thuật	Xuất xứ	Số lượng kế hoạch 24 tháng
9	Que thử hàm lượng Clo trong nước chạy thận nhân tạo	Que	Que test nhúng kiểm tra sự có mặt Clo dư trong nước R.O - Bảo quản được ở nhiệt độ phòng - Loại chỉ thị: Chỉ thị màu - Đơn vị thể hiện: ppm - Dải đo: 0 - ≥ 0.5 ppm		9.600
10	Que thử độ cứng trong nước chạy thận nhân tạo	Que	Que test nhúng kiểm tra độ cứng nước mềm trước khi vào máy nước R.O - Bảo quản được ở nhiệt độ phòng - Loại chỉ thị: Chỉ thị màu - Đơn vị thể hiện: ppm - Dải đo: 0 - ≥ 40 ppm		9.600
11	Màng lọc sử dụng cho máy HDF Online	Quả	Màng lọc nội độc tố vi khuẩn trong dịch thẩm tách. - Chất liệu màng: Polysulfone - Tương thích với máy HDF Online đang sử dụng tại Bệnh viện (Model: 5008S, Hãng/ nước sản xuất: Fresenius Medical Care Deutschland GmbH Schweinfurt Plant/ Đức).		400
12	Dây dẫn máu dùng cho máy HDF Online	Bộ	- Bộ dây dẫn máu bao gồm: 01 dây động mạch; 01 dây tĩnh mạch và 01 dây SafeLine. - Thể tích làm đầy: 130ml ($\pm 5\%$) - Tương thích với máy HDF Online đang sử dụng tại Bệnh viện (Model: 5008S, Hãng/ nước sản xuất: Fresenius Medical Care Deutschland GmbH Schweinfurt Plant/ Đức).		4.000

III. CÁC YÊU CẦU KHÁC:

- Hàng hóa được bàn giao tại kho Vật tư tiêu hao tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức cơ sở Ngọc Hồi.
- Cung cấp Tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam theo quy định của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 và nghị định số 04/2025/NĐ-CP của chính phủ: sửa đổi, bổ sung một số điều của

Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 8/11/2021 của Chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 3/3/2023 của Chính phủ của Chính phủ quy định về việc quản lý trang thiết bị y tế.

- Hạn sử dụng của hàng hóa tối thiểu 12 tháng kể từ ngày bàn giao. Tiến độ cung cấp hàng hóa trong vòng 02 ngày làm việc kể từ khi có yêu cầu của bệnh viện. Cam kết hàng hóa được giao theo yêu cầu gọi hàng của Bệnh viện. Chi phí vận chuyển, bốc xếp hàng hóa do Bên bán chịu. Cam kết thời hạn sửa chữa, thay thế hàng hóa là tối đa 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo, trong trường hợp nhà cung cấp không khắc phục được hỏng hóc của hàng hóa thì phải có biện pháp thay thế hàng hóa khác để không ảnh hưởng tới hoạt động của bệnh viện.
- Phương thức giao nhận: Căn cứ số lượng gọi hàng của Bệnh viện. Bên bán thực hiện việc xuất hóa đơn bao gồm Thuế GTGT kèm biên bản bàn giao nghiệm thu hàng hóa. Cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam.



PHỤ LỤC 02: MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo công văn số: 6923/VĐ-VTTBYT ngày 14 tháng 10 năm 2026)

BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục thiết bị y tế ⁽²⁾	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất ⁽³⁾	Mã HS ⁽⁴⁾	Đơn vị tính	Năm sản xuất ⁽⁵⁾	Xuất xứ ⁽⁶⁾	Số lượng/ Khối lượng ⁽⁷⁾	Đơn giá trước VAT ⁽⁸⁾ (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan ⁽⁹⁾ (VND)	Thuế VAT ⁽¹⁰⁾ (%)	Đơn giá sau VAT ⁽¹¹⁾ (VND)	Thành tiền ⁽¹²⁾ (VND)
1	Thiết bị A											
2	Thiết bị B											
n	...											

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 180 ngày, kể từ ngày tháng năm..... [ghi ngày tháng năm kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I – Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

...., ngày tháng năm

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp⁽¹³⁾

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị trước thuế để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tỷ lệ thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị sau thuế để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.

(12) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng tiền Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.

(13) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

